

Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 (15/15 míkrógrömm) /skammt stungulyf, ördreifa COVID-19 mRNA bóluefni, 7 skammtar nást úr hverju hettuglasi ef Chirana LDSV sprautur eru notaðar							
Blöndun á skömmtum							
Útbúið 21.09.2022	Eftirlit	Framl.d.	Geymslutími 10 vikur í kæli eftir að tekið er úr fyrsti. Fyrir notkun má geyma óopnuð hgl í allt að 12 klst við 8-30°C			Fyrnist	Fjöldi glasa
Efni:	Lotunr.	Fyrning	Magn		Framkv.	Séð	
Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 (15/15 míkrógrömm) /skammt stungulyf, ördreifa			2,25 ml				
Tekið úr frysti	Af	Dags.	Kl.	Tekið úr kæli	Af	Dags.	Kl.

Fyrir hvert hettuglas af bóluefni þarf: 7 x 1ml Chirana sprautur (LDSV), 1 græna nál, 7 öryggisnálar og 1 sprittklút.

Geymsluskilyrði

- I. Sé lyfið tekið úr frysti þiðna einstaka hettuglös á 30 mín við stofuhita eða pakkningar með 10 hgl 6 klst. í kæli
- II. Skrá á hvert glas hvenær það er tekið úr frysti
- III. Sé lyfið tekið úr kæli, geymist það óopnað í allt að 12 klukkustundir við hitastig á bilinu 8- 30 °C fyrir notkun
- IV. Skráið hvenær glas er tekið úr kæli

Lýsing:

Athugið að öll efni séu til staðar þegar blöndun hefst. Notið „aseptísk“ vinnubrögð. Staðfestið að hettuglasið sé með gráu plastloki.

Hvert hettuglas af Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 (15/15 míkrógrömm) /skammt stungulyf, ördreifa

er blandað á eftirfarandi máta:

- I. Dreifan getur innihaldið hvítar eða beinhvítar ógegnsæjar, formlausar agnir
- II. Þegar bóluefnið er þiðið þarf að **velta/hvolfa glasinu 10 sinnum. Hristið ekki**
- III. Sprittið hettuna á glasinu, stingið á með grænni (bleikri) nál og dragið upp yfirmagn eða um 0,35 ml í hverja sprautu (athugið 7 skammtar nást úr hverju hettuglasi ef Chirana sprautur eru notaðar).
- IV. Stimpill Chirana sprautnanna er öðruvísi en á hefðbundnum sprautum en lesið er af þar sem efri brún stimpilsins nemur við vökvann. Ekki þar sem mjói titturinn upp úr stimplinum endar (sjá mynd). Passið að ekki séu loftbólur upp við stimplinn.
- V. Setjið öryggisnálna á sprautuna, passið að hún sé vel föst og dælið vökvannum varlega fram í sprautuna þar til magnið í sprautunni er **0,3 ml (tíl viðbótar því sem er í nálinni)**. Gangið frá sprautunni í bakka/poka. Athugið örvunarskammtur er eins og upphaflegur skammtur 0,3 ml.
- VI. Skráið fjölda glasa sem notuð eru og fjölda sprauta sem nást
- VII. Merkið og kvittið fyrir framkvæmd. Fargið öllu ónotuðu bóluefni innan 12 klukkustunda eftir fyrstu ástungu

Efni:	Fjöldi
Comirnaty Original / Omicron BA.4-5	
15/15 mcg/skammt lausn, bóluefni (hgl.)	_____
Tilbúnað sprautur (0,3ml)	_____
Tóm hettuglös sett í förgun	_____

Merking á poka með __sprautum

Comirnaty Original / Omicron BA.4-5	
15/15 mcg/skammt lausn _____ skammtar	
Lota _____	Fyrning _____
Blandað _____	Kl. _____
Notist sem fyrst	
Blandað af _____ / _____	

Samþykkt og afgreitt	
Dags.	Sign.
Kl.	

